

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thực hiện hiệu chuẩn các thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học - Truyền máu TW;
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks. Nguyễn Trọng Vinh - Phòng Vật tư thiết bị y tế Viện Huyết học – Truyền máu TW/Điện thoại 0979 489 866;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
 - Viện Huyết học - Truyền máu TW;
 - Phó Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
 - Điện thoại: 024 378 218 95 (máy lẻ 501);
 - Nhận qua email: Phongvattunihbt@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024 đến trước 8 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết theo phụ lục kèm theo.
- Địa điểm:
 - Viện Huyết học - Truyền máu TW;
 - Phó Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Không áp dụng tạm ứng;
 - Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thiện các tài liệu thanh toán;
- Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT-TBYT. Vinh.2.
- Lưu VT



Lê Lâm



PHỤ LỤC
Danh mục hiệu chuẩn

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hiệu chuẩn micropipet - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	24
2	Hiệu chuẩn cân điện tử - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	3
3	Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng Hiệu chuẩn tại 5 điểm nhiệt độ bất kỳ trong dải từ -40 độ C đến 25 độ C - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	5
4	Hiệu chuẩn nhiệt kế điện tử - Hiệu chuẩn tại 5 điểm nhiệt độ bất kỳ trong dải từ -40 độ C đến 25 độ C - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	1
5	Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế - Hiệu chuẩn tại 5 điểm nhiệt độ bất kỳ trong dải từ 5 độ C đến 40 độ C - Hiệu chuẩn độ ẩm tại 5 điểm độ ẩm bất kỳ trong dải từ 40% đến 100 % - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	6
6	Hiệu chuẩn tốc độ vòng quay máy ly tâm thường - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	4
7	Hiệu chuẩn máy ly tâm lạnh - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	6
8	Hiệu chuẩn máy ủ nhiệt - Được cấp giấy phép để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền - Được cấp chứng chỉ Vilas của Văn phòng công nhận chất lượng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị	Cái	1



[Handwritten signature]